제2014-040799-01호

안 전 인 증 서

System Sensor de Mexico

Ave. Valle del Cedro 1681, Parque Industrial Intermex, Cuidad Juarez, Chih., 32574 Mexico

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

GasAlertMicroClip XL Portable Gas Detector

형식·모델(용량·등급) / 인증번호

MCXL-XWHM-*-* (Ex ia IIC T4) / 14-KB4BO-0659X

인 증 기 준

고용노동부고시 제2013-54호

인 증 조 건

1. 제조공장

본 인증서는 'Ave. Valle del Cedro 1681, Parque Industrial Intermex, Cuidad Juarez, Chih., 32574 Mexico'에서 생산하는 제품에 한함

2. 제품개요

·Portable multi-gas detector
·정격전원 : 4.2V Lithium Polymer 배터리
·사용주위온도 : -20 ℃ ≤ Ta ≤ +50 ℃

3. 인증범위 : 본 인증서는 아래의 형식번호에 한하여 유효함

·MCXL-XWHM-*-* (X=Indicates the Oxygen Sensor 0/X, W=Indicates the Combustible Sensor 0/W, H=Indicates the H2S Sensor 0/H/H1-H5, M=Indicates the Carbon Monoxide Sensor 0/M/M1-M5, *=Custom parameter, non effecting I.S.)

4. 안전한 사용을 위한 조건

·주의사항: 폭발위험장소에서는 배터리를 충전하지 마시오. 제조자를 통해 배터리를 교체 하시오.

5. 인증(변경)사항 : 없음

6. 그 밖의 사항

·안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무 준수

2014 년 11 월 20 일

한국산업기술시험원장

152-718 서울시 구로구 디지털로 26길 87(구로동) http://www.ktl.re.kr
426-910 경기도 안산시 상록구 해안로 723(사동)

제2014-040799-01호

안전인증면제확인서

신청인	사업장명 System Sensor de Mexico	사업장관리번호 -
	사업자등록번호 -	대표자 성명 Oscar Aguilar
	소재지 Ave. Valle del Cedro 1681, parque Industrial Intermex, Cuidad Juarez, Chih., 32574 Mexico	

면제 확인번호	14-KB4BO-0659X-ex
인증번호	IECEx CSA 05.0015 (Issue No. 10)
안전인증대상 기계·기구명	GasAlertMicroClip XL Portable Gas Detector

형식(규격)	용량(등급)
MCXL-XWHM-*-*	Ex ia IIC T4

면제내용	면제 항목	형식별 제품심사
	면제 사유 (관련 법령 등)	산업안전보건법 시행규칙 제58조의2(안전인증의 면제)
	안전인증면제 유효기간	-

「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의2제4항에 따라 안전인증 면제확인서를 발급합니다.

2014 년 11 월 20 일

한국산업기술시험원장

152-718 서울시 구로구 디지털로 26길 87(구로동) http://www.ktl.re.kr
426-910 경기도 안산시 상록구 해안로 723(사동)